

Torino, lì 21/11/2013

Prot. n. 11376

Ai soggetti interessati

Oggetto: Gara europea per la fornitura di guanti ad uso sanitario e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 (gara 16/2013)
CHIARIMENTI

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue:

In merito al quesito 1:

- a) *REQUISITI TECNICI – CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI COMUNI – Confezionamenti*
Il capitolato tecnico indica “non sono ammesse etichette adesive, tranne sulle confezioni secondarie dei prodotti non sterili”.
Chiediamo possano essere accettate etichette anche sul confezionamento secondario dei guanti sterili.
- b) *REQUISITI TECNICI – SPECIFICHE TECNICHE DEL MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA*
Per i GUANTI NON STERILI IN LATTICE E NITRILE, il capitolato tecnico indica “privi di polvere lubrificante, non clorinati”.
Considerando che per soddisfare tale caratteristica è necessario offrire un guanto con un film di rivestimento interno e che ciò influisce negativamente sul prezzo del prodotto, chiediamo di poter accettare anche la tipologia di guanto clorinato senza compromettere tutte le altre caratteristiche richieste.
- c) *CAMPIONATURA*
La tabella Prodotti dell'Allegato 1 indica le confezioni da campionare per ogni prodotto; è necessario presentare la quantità richiesta per ogni misura individuata dal capitolato tecnico, oppure è possibile inviare le confezioni previste con misure a nostra scelta?

Si precisa quanto segue:

- a) Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico.
- b) Si conferma la caratteristica tecnica richiesta nel Capitolato.
- c) Si rinvia sul punto a quanto previsto all'art. 2 del Capitolato, nel quale si precisa “Per tutti i prodotti, la quantità di campioni richiesta deve essere presentata per ciascuna delle misure 7 – 7,5 – 8 ovvero S – M – L (es: in caso di quantità di campioni richiesti pari a 1, dovrà essere presentata una confezione per la misura 7, una confezione per la misura 7,5 e una confezione per

la misura 8 ovvero una confezione per la misura S, una confezione per la misura M e una confezione per la misura L). Per “confezione”, nel caso di prodotti sterili, si intende la confezione secondaria, nel caso di prodotti non sterili si intende la confezione primaria.”

In merito al quesito 2:

Si chiede la possibilità di offrire, relativamente al lotto nr. 19, una tipologia di guanti con confezionamento da 200 pezzi per dispenser box.

Tale confezionamento non è contrario alle vigenti norme riguardanti il packaging del prodotto, non esistono infatti normative specifiche sul numero di pezzi effettivi che un dispenser può contenere.

Si precisa quanto segue:

Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico.

In merito al quesito 3:

- a) Si chiede conferma che tutti i documenti della documentazione tecnica siano in copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000.*
- b) In riferimento al lotto 10, si chiede conferma della vostra richiesta di guanti NON CLORINATI.*
- c) Si chiede conferma della lunghezza dei guanti nitrile riguardo ai lotti nn. 21 e 22 in quanto, quanto richiesta nel capitolato tecnico e nell'allegato 1 “tabella prodotti” sono discordanti.*

Si precisa quanto segue:

- a) Si rimanda a pag. 18 del Disciplinare di gara, laddove è previsto che “La suddetta documentazione dovrà essere prodotta in copia conforme ai sensi di legge, in lingua italiana o inglese, secondo il modello D “Modello di dichiarazione di conformità all'originale” allegato al Disciplinare, o modello equipollente.*

In caso di certificati e documenti redatti in lingua differente, gli stessi potranno essere prodotti in lingua originale, accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata dal legale rappresentante, titolare o procuratore speciale della ditta concorrente come conforme al testo straniero.

Al fine della verifica circa l'autenticità dei certificati presentati, il concorrente dovrà indicare puntualmente i riferimenti dell'ente notificatore che ha rilasciato il certificato”.

- b) Si conferma.*
- c) Per mero errore materiale, nel Capitolato Tecnico è stato citato due volte il guanto di cui al lotto 22: nel primo caso ne viene richiesta una lunghezza standard, nel secondo caso una lunghezza pari ad almeno 300 mm. Come indicato nell'Allegato 1 – Tabella Prodotti, il lotto 22 deve correttamente avere una lunghezza standard mentre è il guanto di cui al lotto 21 che deve avere la manica lunga (e precisamente, come indicato nel Capitolato, una lunghezza pari ad almeno 300 mm).*

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Adriano LELI

(firmato in originale)

