

Torino, lì 14/09/2011

Ai soggetti interessati

Prot. n. 4748

**Oggetto:** Fornitura di aghi, siringhe, deflussori e la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/2007 (gara 7-2011). **CHIARIMENTI.**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

**In merito al quesito n. 1:**

- A) **Lotti 25 e 27:** è possibile presentare offerta proponendo due codici distinti (uno per l'ago ed uno per il catetere)? Se il prodotto da Voi descritto è da intendersi come "set" è possibile presentare offerta proponendo un kit che comprenda altri componenti (per esempio il connettore e il dispositivo di fissaggio), oltre a quelli da Voi indicati?
- B) **Lotto 32:** si chiede di sapere quanti elettrostimolatori dovranno essere forniti in uso gratuito.

**Si precisa quanto segue:**

- A) Si conferma che si tratta di due prodotti distinti, con codici diversi, che dovranno essere presentati in differenti confezioni e raccolti in differenti scatole, come riportato nel Capitolato Tecnico.
- B) Si rinvia, sul punto, alla risposta ai chiarimenti pubblicata in data 31/08/2011.

**In merito al quesito n. 2:**

- A) **Lotti 46-47-48-49 – Siringhe per emogasanalisi:** nelle specifiche espresse nel capitolato tecnico non si evidenzia il volume richiesto.
- B) **Lotto 48 – Siringa per emogas con dispositivo di sicurezza:**
- per quanto concerne l'elemento di valutazione relativo all'ampiezza della gamma di misure disponibili, nella colonna "Numero minimo di misure" viene riportato il numero di 4. Poiché riteniamo che come gamma di misure sia intesa quella dell'ago, per quanto a nostra conoscenza, il mercato delle siringhe per emogasanalisi è limitato a tre misure;

- la confezione di campionatura richiesta si intende per cadauna misura di ago indicata? Ovvero 1 confezione ago 22, 1 confezione ago 23 e una confezione ago 25?

**Si precisa quanto segue:**

- A) Dal momento che le siringhe presenti sul mercato sono nella quasi totalità da 3 ml si è ritenuto superfluo indicarlo nel Capitolato Tecnico. Si precisa pertanto che, nel rispetto delle caratteristiche tecniche definite, saranno accettate siringhe con un volume di 3 ml, con una tolleranza di +/- 0,5 ml.
- B) Lotto 48
- per numero minimo di misure/codice non si intende la sola misura dell'ago, bensì la combinazione tra diametro dell'ago (espressa in Gauge) e lunghezza dello stesso (espressa in millimetri o centimetri);
  - si richiede di presentare, quale campionatura, un'unica misura (G x mm) a discrezione del fornitore tra quelle offerte.

**In merito al quesito n. 3:**

- A) **LOTTI 52 e 53:** Vi chiediamo di poter verificare l'importo a base d'asta, in quanto i prezzi unitari di € 0,124 per il lotto n. 52 e di € 0,129 per il lotto n. 53 sono, a nostro avviso, molto bassi visto la tipologia di deflussori richiesti PVC e DHEP Free.
- B) **LOTTI 37, 38 e 39:** con riferimento alla quantità campionata vi chiediamo di esprimerci cosa intendete per 1 confezione, se una confezione di vendita (cartone) oppure la confezione secondaria (dispenser).

**Si precisa quanto segue:**

- A) Si confermano gli importi a base d'asta, individuati sulla base dei prezzi unitari dichiarati dalle Aziende Sanitarie piemontesi in fase di raccolta fabbisogni.
- B) Per confezione si intende il contenitore (scatola/busta) dentro il quale sono raccolte le singole unità di prodotto – a loro volta confezionate singolarmente – nella quantità stabilita da ciascun fornitore. Tale quantità, ai fini della partecipazione alla gara, non deve superare il limite massimo stabilito per ciascun prodotto nel Capitolato Tecnico (per i lotti in questione, n. 100 pezzi massimo).

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Adriano Leli