

Torino, lì 31/08/2011

Ai soggetti interessati

Prot. n. 4401

Oggetto: Fornitura di aghi, siringhe, deflussori e la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/2007 (gara 7-2011).
CHIARIMENTI.

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito:

Lotti 25-26-27

Bisogna campionare sia gli aghi che i cateteri? Ovvero, se scrivete per esempio per il lotto 25 bisogna campionare 100 pz. 18GX80 mm significa che quella è la misura dell'ago da campionare, ma poi dobbiamo dare anche 100 cateteri?

Lotto 32

Quanti sono gli elettrostimolatori che dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito dalla ditta aggiudicataria?

Si precisa quanto segue:

Lotti 25-26-27

Occorre campionare i cateteri relativi agli aghi peridurali di Tuohy nella stessa quantità degli aghi.

Lotto 32

Gli elettrostimolatori che dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito dalla ditta aggiudicataria sono indicativamente 1 ogni 300 aghi ovvero come minimo 100 apparecchi completi di tutti gli accessori da consegnare alle ASL richiedenti in occasione della prima fornitura.

Lg

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Adriano Leli