

D.P.I. E MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID - 19

LOTTO	PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFORMITA' ALLE NORMATIVE	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE
1	SOVRASCARPE IN PVC NON STERILI	<ul style="list-style-type: none"> - impermeabile - cuciture e materiali resistenti - bordo elasticizzato - latex free - misura unica - altezza circa alla caviglia 	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.I. in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. oppure <ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. 	1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. (se D.P.I.) oppure Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i. (se Dispositivo medico)
2	GAMBALI NON STERILI	<ul style="list-style-type: none"> - idrorepellente - Traspirante - preferibilmente con suola antiscivolo - cuciture e materiali resistenti - misura unica - altezza circa al ginocchio - bordo elasticizzato per la chiusura sotto il ginocchio - latex free 	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.I. in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. oppure <ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. 	1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. (se D.P.I.) oppure Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i. (se Dispositivo medico)
3	CAPPELLINI CHIRURGICI CON BORDO COMPLETAMENTE ELASTICIZZATO	<ul style="list-style-type: none"> - in TNT traspirante - latex free - bordo completamente elasticizzato (tipo charlotte) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i oppure <ul style="list-style-type: none"> - D.P.I. in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. 	1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE (se Dispositivo medico) oppure Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. (se D.P.I.)
4	COPRICAPO A SCAFANDRO	<ul style="list-style-type: none"> - in TNT traspirante - latex free e ftalati free - copertura integrale a scafandro, con lacci di chiusura - cuciture resistenti allo strappo preferibilmente termosaldate 	<ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i 	1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i.

LOTTO	PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFORMITA' ALLE NORMATIVE	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE
5	CAMICI CHIRURGICI STERILI	<ul style="list-style-type: none"> - in TNT idrorepellente - peso del tessuto: non inferiore a 40g/mq - sterili - allacciatura con fettucce di dimensione adeguata e posizionate in modo da consentirne la vestizione autonomamente e sterilmente dall'operatore - a manica lunga con polsini in maglina - chiusura posteriore del collo possibilmente regolabile con fettuccia o velcro (o simile) - copertura della schiena totale, ottenuta mediante completa sovrapposizione - cartoncino ferma-cintura di dimensioni adeguate a preservare la sterilità delle mani degli operatori durante la vestizione chirurgica - cuciture termosaldate - corpo in pezzo unico - confezionati preferibilmente sottovuoto e comunque con doppio involucro, busta in PE - presenza nella confezione di almeno due telini in SMS o similari con ottime proprietà assorbenti e di dimensione adeguata ad asciugare le mani - misure: M, L, XL e XXL 	<ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. - Conformità alla UNI EN 13795-1:2019 - Conformità alla UNI EN ISO 10993-1:2010 - Conformità alla UNI EN 16604:2004 - Conformità alla UNI EN 556 	<p>1) Scheda tecnica</p> <p>2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato</p>

LOTTO	PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFORMITA' ALLE NORMATIVE	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE
6	CAMICI NON STERILI AD ELEVATA PROTEZIONE CONTRO RISCHIO BIOLOGICO	<ul style="list-style-type: none"> - in TNT idrorepellente - peso del tessuto: non inferiore a 40g/mq - barriera antibatterica - barriera virale - chiusura posteriore del collo possibilmente regolabile - copertura della schiena totale, ottenuta mediante completa sovrapposizione - allacciatura con fettucce - a manica lunga, polsini con elastico o maglia - misure: varie o taglia unica 	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. - Conformità alla UNI EN 14126:2004 - Conformità alla UNI EN 13688:2013 	1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato oppure in alternativa validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati
7	CAMICI NON STERILI IDROREPELLENTI	<ul style="list-style-type: none"> - in TNT idrorepellente - peso del tessuto: non inferiore a 40g/mq - chiusura posteriore del collo possibilmente regolabile - copertura della schiena totale, ottenuta mediante completa sovrapposizione - allacciatura con fettucce - a manica lunga, polsini con elastico o maglia - misure: varie o taglia unica 	<ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. 	1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i.
8	CAMICI NON STERILI TIPO "VISITATORE"	<ul style="list-style-type: none"> - in TNT - peso del tessuto: non inferiore a 30g/mq - chiusura posteriore del collo possibilmente regolabile - copertura della schiena totale, ottenuta mediante completa sovrapposizione - allacciatura con fettucce - a manica lunga, polsini con elastico o maglia - misure: varie o taglia unica 	<ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. 	1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i.

LOTTO	PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFORMITA' ALLE NORMATIVE	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE
9	TUTE DI PROTEZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - tuta monouso protezione agenti biologici/chimici/sostanze liquide pericolose - chiusura con cerniera ricoperta - elastico alle caviglie, polsi, vita e cappuccio - colore preferibilmente bianco - taglie in proporzione: 20% L; 40% XL; 40% XXL 	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. - Conformità alla UNI EN 14126:2004 - Conformità alla UNI EN 13688:2013 	1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato oppure in alternativa validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati
10	MASCHERINE CHIRURGICHE	<ul style="list-style-type: none"> - di Tipo II o IIR - in TNT traspirante e resistente - almeno 3 strati o equivalente (spunbond e meltblown), di cui quello interno a contatto con la cute in materiale atossico ed anallergico - latex free - preferibilmente con elastici 	<ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. e/o UNI EN ISO 14683:2009 	1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato
11	SEMIMASCHERA FILTRANTE FACCIALE FFP2	<ul style="list-style-type: none"> - in fibra di TNT - latex free - materiale anallergico - con e/o senza valvola (sarà possibile offrire, se disponibili, sia semimaschere senza valvola che con valvola) - con doppi elastici che passano dietro la nuca o elastici dietro le orecchie e stringinaso - per protezione naso bocca da polveri nocive fibre e aerosol a base organica - destinata all'utilizzo in ambiente sanitario 	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. - Conformità alla UNI EN 149:2009 	1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato oppure in alternativa validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati

LOTTO	PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFORMITA' ALLE NORMATIVE	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE
12	GUANTI NON STERILI IN LATTICE	<ul style="list-style-type: none"> - protezione da prodotti chimici pericolosi e da microrganismi pericolosi (conformità alla EN 374-2 e alla EN 374-5 se D.P.I.) - senza polvere lubrificante - misure: da S a XL (o equivalenti in scala numerica) 	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. - Conformità alla UNI EN 420 :2010 - Conformità alla UNI EN 374-2:2020 - Conformità alla UNI EN 374-5:201 - Conformità alla UNI EN 455 <p>In alternativa sarà possibile offrire un dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i e conformità alla UNI EN 455</p>	<p>1) Scheda tecnica</p> <p>2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. (se D.P.I.) rilasciata da Organismo notificato oppure in alternativa validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati</p> <p>In alternativa, se Dispositivo Medico, Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i</p>
13	GUANTI NON STERILI IN NITRILE	<ul style="list-style-type: none"> - protezione da prodotti chimici pericolosi e da microrganismi pericolosi (conformità alla EN 374-2 e alla EN 374-5 se D.P.I.) - latex free - senza polvere lubrificante - misure: da S a XL (o equivalenti in scala numerica) 	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. - Conformità alla UNI EN 420 :2010 - Conformità alla UNI EN 374-2:2020 - Conformità alla UNI EN 374-5:201 - Conformità alla UNI EN 455 <p>In alternativa sarà possibile offrire un dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i e conformità alla UNI EN 455</p>	<p>1) Scheda tecnica</p> <p>2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. (se D.P.I.) rilasciata da Organismo notificato oppure in alternativa validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati</p> <p>In alternativa, se Dispositivo Medico, Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i</p>
14	GUANTI NON STERILI IN NITRILE MANICA LUNGA	<ul style="list-style-type: none"> - lunghezza complessiva del guanto pari ad almeno 300mm - protezione da prodotti chimici pericolosi e da microrganismi pericolosi (conformità alla EN 374-2 e alla EN 374-5 se D.P.I.) - latex free - senza polvere lubrificante - misure: da S a XL (o equivalenti in scala numerica) 	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. - Conformità alla UNI EN 420 :2010 - Conformità alla UNI EN 374-2:2020 - Conformità alla UNI EN 374-5:201 - Conformità alla UNI EN 455 <p>In alternativa sarà possibile offrire un dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i e conformità alla UNI EN 455</p>	<p>1) Scheda tecnica</p> <p>2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. (se D.P.I.) rilasciata da Organismo notificato oppure in alternativa validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati</p> <p>In alternativa, se Dispositivo Medico, Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i</p>

LOTTO	PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFORMITA' ALLE NORMATIVE	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE
15	GUANTI NON STERILI IN VINILE	<ul style="list-style-type: none"> - protezione da prodotti chimici pericolosi e da microrganismi pericolosi (conformità alla EN 374-2 e alla EN 374-5 se D.P.I.) - latex free - senza polvere lubrificante - misure: da S a XL (o equivalenti in scala numerica) 	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. - Conformità alla UNI EN 420 :2010 - Conformità alla UNI EN 374-2:2020 - Conformità alla UNI EN 374-5:201 - Conformità alla UNI EN 455 <p>In alternativa sarà possibile offrire un dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i e conformità alla UNI EN 455</p>	<p>1) Scheda tecnica</p> <p>2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. (se D.P.I.) rilasciata da Organismo notificato oppure in alternativa validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati</p> <p>In alternativa, se Dispositivo Medico, Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i</p>